NOVOX roll®

ES

# Dispositivo médico para el tratamiento de lesiones cutáneas – VENDAJE IMPREGNADO

**COMPOSICIÓN**
**Ingredientes:** aceite de oliva enriquecido con oxígeno
**Excipientes:** fragancia de pera natural
**Soporte:** Vendas elásticas de gasa de algodón hidrófilo (50-55%) y poliamida (45-50%)
**El dispositivo puede contener trazas (<0,4%) de los siguientes alérgenos: CITRAL, GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOOL, LIMONENE.**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO - NOVOX ROLL** es un dispositivo médico para el tratamiento de lesiones ulcerosas o traumáticas de la piel. El mismo facilita el proceso de cura, creando un microambiente favorable a la activación de la microcirculación y, a la vez, desfavorable para la proliferación de patógenos. Ejerce asimismo una acción filmógena, protectora y de barrera. **NOVOX ROLL** se presenta bajo forma de venda de gasa de algodón impregnada de gel oleoso.

**INDICACIONES - NOVOX ROLL** puede utilizarse, bajo control médico, para el tratamiento de:
- Heridas traumáticas (por ejemplo abrasiones y laceraciones);
- Úlceras vasculares y de presión;
- Fístulas y heridas no cicatrizadas de operaciones quirúrgicas;

**CONTRAINDICACIONES - NOVOX ROLL** no debe utilizarse en individuos con hipersensibilidad conocida o que hayan tenido una reacción alérgica al dispositivo o a sus componentes. El uso de la terapia compresiva se desaconseja en presencia de algunas patologías (como descompensación cardiaca significativa, arteriopatía crónica obliterante, enfermedades dermatológicas que contraindican las formas de oclusión): en estos casos, se recomienda una evaluación médica.

**MODO DE USO** - El uso de **NOVOX ROLL** está dirigido principalmente a personal sanitario con competencia en apósitos. Se admite su uso por parte de personas sin específicas competencias, siempre que el personal sanitario facilite previamente antes una explicación sobre cómo efectuar correctamente la cura y su uso se lleve a cabo bajo la supervisión periódica de dicho personal sanitario.
Se recomienda al usuario lavarse bien las manos antes y después de su uso y también el uso de guantes desechables para aplicar el producto.
El dispositivo médico **NOVOX ROLL** puede cubrirse con apósitos secundarios para mantenerlo en su posición y evitar que se manche la ropa o las sábanas: se recomienda atenerse a las indicaciones del personal sanitario, en quien recae la elección del apósito secundario más apropiado en función de las características de la lesión y del paciente.

La eventual infección de la lesión no constituye una contraindicación para el uso del dispositivo **NOVOX ROLL**.

**PARA LESIONES CUTÁNEAS, HERIDAS, LLAGAS Y ÚLCERAS**
- Antes de aplicar el dispositivo, limpiar el área de la lesión con solución fisiológica, agua estéril u otra solución apropiada.
- Abrir el sobre que contiene el dispositivo justo antes de utilizarlo.
- Aplicar el dispositivo sobre la lesión manteniendo la tensión de la venda apropiada para lograr el nivel de compresión deseado, hasta cubrir la lesión con el número de capas que se desee. **Un vendaje demasiado apretado puede provocar estancamiento hemático y dificultar la circulación sanguínea. En caso de dificultad en la circulación, retirar de inmediato el vendaje**.
- Si es necesario, cortar la parte excedente de la venda. **No reutilizar la parte excedente de la venda para otras curas, eliminarla como desecho**.
- Es aconsejable cubrir con un apósito secundario para facilitar que la venda se mantenga en su posición. **En caso de heridas particularmente exudativas, se recomienda cubrir con un apósito absorbente**.
- Quitar el dispositivo irrigando con solución salina cuando sea clínicamente indicado (por ejemplo salida de líquido, excesivo sangrado, sospecha de infección, etc.). Si resultara difícil retirar el vendaje, saturar completamente la venda con solución salina o agua estéril y quitarla lentamente.
- El dispositivo puede aplicarse 2-3 veces a la semana durante un máximo de 30 días. En todo caso, es aconsejable reducir la frecuencia de las aplicaciones a medida que se completa el proceso de curación.

**ADVERTENCIA** – No utilizar después de la fecha de caducidad. No utilizar la misma venda para tratar a más de un paciente: en caso de uso en varios pacientes, no sería posible excluir el riesgo de transmisión de agentes patógenos. No reutilizar el dispositivo: en caso de volver a utilizarlo, no se podría excluir el riesgo de transmisión de agentes patógenos. No utilizar el dispositivo si el sobre aparece abierto o dañado. No utilizar junto con medicamentos para uso tópico. Un ligero escozor durante la aplicación puede ser normal, generalmente desaparece en poco tiempo después de la aplicación. En caso de fenómenos irritativos intensos o persistentes, suspenda su uso e informe al médico o al personal paramédico. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Para más información, se ruega contactar con el fabricante MOSS S.p.A.

**CONSERVACIÓN** – Conservar a temperatura inferior a 25°C.

MOSS S.p.A. - Via all'Erno 5, 28040 Lesa (NO) - ITALIA
Tel.: +39.0322.772032 Fax: +39.0322.292733
moss@moss-brand.it - www.moss-brand.it

CE 0477
Fecha de la última revisión de las instrucciones de uso: Rev. 03 de 01/09/2020

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25°C | Conservar a temperatura inferior a 25°C | REF | Código del producto | | No utilizar si el envase está dañado | | Conservar seco |
| | Lea las instrucciones de uso antes de su utilización | | Mantener alejado de la luz | | Fecha de caducidad | | |
| LOT | Número de lote | | Lea las advertencias antes de su utilización | | No reutilizar | | |